151 (1755) തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്ലാസ്മ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ

ശ്രീമതി ആർ. ലതാദേവി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്ലാസ്മ കിട്ടാനില്ലാത്തതുമൂലം പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ എത്രയാളുകളാണ് ഇതുമൂലം മരിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(സി) എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം ക്ഷാമമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) രക്തഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനായുള്ള യന്ത്രം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ;

(ഇ) അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുതയന്ത്രം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് എന്തു തുക ചെലവുവരും എന്നറിയിക്കുമോ;

(എഫ്) അടിയന്തിരമായി പ്രസ്തുത യന്ത്രം പ്രവർത്തനക്ഷമം ആക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികളുടെ വിശദാംശം നൽകുമോ?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി)തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളും ഒരു മാസത്തോളം തകരാറിയാലതിനാൽ പ്ലാസ്മ വേർതിരിക്കുവൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇതുമൂലം രോഗികൾ മരണമടഞ്ഞതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(സി) പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം തകരാറിലായതാണ് ക്ഷാമത്തിനു കാരണം.

(ഡി) രണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.

(ഇ) കേടായ രണ്ടാമത്തെ യന്ത്രം ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം 3800 ഡ്ച്ച് മാർക്ക് (ഏകദേശം 86260 രൂപ വേണ്ടി വരും)

(എഫ്)ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

152 (1756) ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ

ശ്രീ. ജോർജ് ജെ. മാത്യു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിലും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിലും 31.10.99-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് എത്ര ഫയലുകൾ തീർപ്പാകാതെ കിടപ്പുണ്ട്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly